

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

Сектор за материјално-финансијске послове

07 број 404-ЈН-229/19-05

04.11.2019. године

Б е о г р а д

**Предмет:** Одговори на питања – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке добара:  
Алкометри - ЈН број 229/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), достављам одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара:  
Алкометри- ЈН број 229/19

**ПИТАЊЕ 1:** На страни 5/36 конкурсне документације захтева се да се уређај испоручи са рачунарским софтвером и припадајућим USB каблом за пребацаивање података. Обзиром да је предвиђена количина набавке око 120 комада, сматрамо да није потребна да се захтева да сваки уређај уз себе има испоручен софтвер и кабл, а што представља издатак за наручиоца односно повећава цену понуђеног уређаја и тиме знатно смањује број уређаја који се може набавити у предметној набавци. С тим у вези вас молимо да коригујете – одредите потребну количину припадајућег софтвера и USB кабла у оквиру предметне набавке.

**ОДГОВОР 1:** Потребно је испоручити само један софтвер са припадајућим каблом USB за пребацаивање података а не за сваки уређај појединачно

**ПИТАЊЕ 2:** У општим подацима о јавној набавци (страна 3/35 конкурсне документације), под тачком 10, стоји „Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова“. Молимо да потврдите да регистрација добављача на сајту за МУП-а није обавезна у овом поступку јавне набавке?

**ОДГОВОР 2:** Регистрација добављача на сајту за МУП-а није обавезна у овом поступку јавне набавке.

**ПИТАЊЕ 3:** У одељку III конкурсне документације (страна 5/35), у првом параграфу, наведне је: „Уређај за мерење концентрације алкохола у даху - алкометар са транспортном кутијом, интегрисаним GPS модулом...“

С обзиром да захтев за GPS-ом у алкометрима до сада није постојао у МУП-у Србије, можете ли захтев за интегрисаним GPS модулом да дефинишете као пожељну техничку карактеристику која се вреднује нпр. са додатних 10% бодова приликом оцењивања економски најповољније понуде у поступку јавне набавке?

**ОДГОВОР 3:** Остајемо при захтеву у одељку III конкурсне документације (страна 5/35), како је наведне: „Уређај за мерење концентрације алкохола у даху - алкометар са транспортном кутијом, интегрисаним GPS модулом, критеријум за оцену понуда остаје „најнижа понуђена цена“.

**ПИТАЊЕ 4:** Питања у вези динамике и рока испоруке. На страни 6/35, као и на страни 15/35 конкурсне документације, наведео је да је рок испреке „максимално до 90 дана од дана обостраног закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.“

Молимо појасните следеће:

а. Да ли то значи да ће изабрани понуђач имати право да у року од тих 90 дана од обостраног закључења уговора испоруку изврши у неколико транши или то значи да само МУП Србије као Наручилац има право да захтева да се испорука изврши у траншама?

б. Уколико МУП Србије као наручилац захтева испоруку у траншама, да ли се све транше испоруке морају реализовати у року од 90 дана од обостраног закључења уговора или МУП Србије задржава право да поручује алкометре у вишем транши у току читаве године (у току периода важења уговора), при чему за сваку поручену траншу важи рок испоруке до 90 дана од дана поруџбине те транши?

с. Уколико се испорука реализује у траншама, да ли испоручилац издаје рачун а Наручилац плаћа након сваке испоручене транши, или се фактурисање и плаћање врши тек након последње испоручене транши?

Питања у вези количине добара (обима испоруке). На више места у конкурсној документацији назначено је да је оквирна количина ове набавке 120 комада алкометара.

У брасцу структуре цене (страна 25/35) стоји: „У табели су наведене оквирне количине. Наручилац задржава право да по потреби промени наведене оквирне количине тражених добара с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количине.“

На страни 26/35, у делу који се односи на трајање уговора, наведено је: „Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.“

Молимо појасните следеће:

а. Да ли ово значи да ће МУП Србије као Наручилац наведену оквирну количину од 120 алкометара мењати само у оној мери која подразумева уклапање у буџет који има на располагању за ову набавку или то ипак значи да Наручилац задржава право да драстично смањи количину, па тако, на пример, уместо предвиђених око 120 алкометара, одлучи да набави свега 40 комада? Молимо да ово питање веома прецизно и детаљно разјасните, јер је веома важно за све понуђаче. Верујемо да разумете да јединична цена коју ће понуђачи навести у обрасцу структуре цене веома зависи од очекиване количине алкометара која ће бити набављена, и да је велика разлика ако се рачуна са количином око 120 комада и количином од, на пример, 40 комада.

б. Из напред наведнеог, као ни из модела уговора (странице 27-31 конкурсне документације) није јасно да ли ће у уговору који ће Наручилац склопити са изабраним понуђачем и даље стајати оквирна количина од 120 алкометара или коригована и прецизно дефинисана коначна количина алкометара (израчуната на основу понуђене јединичне цене и буџета којег Наручилац има на располагању за ову набавку)?

с. Да ли право Наручиоца на промену количине алкометара важи само до тренутка закључења уговора са изабраним понуђачем или Наручилац задржава право промене количине и након потписаног уговора? Ово је такође веома важно питање, јер уколико би Наручилац и након потписаног уговора задржао право да уговорену количину произвољно смањи на много мању поруџбину, онда је то велики финансијски и правни ризик који мора бити надвосмислено разјашњен свим заинтересованим понуђачима већ сада у овој фази јавне набавке.

**ОДГОВОР 4:** Рок испреке „максимално до 90 дана од дана обостраног закључења уговора, са могућим испорукама у траншама. Изабрани понуђач има право да у року од тих 90 дана од обостраног закључења уговора испоруку изврши у неколико транши, испоручилац издаје рачун а Наручилац врши плаћање након сваке испоручене транши. Укупна вредност Уговора, односно

максимални износ плаћања по основу истог је у висини процењене вредности набавке, а испоручена количина ће зависити од понуђене цене по комаду.

**ПИТАЊЕ 5:** Питања у вези одобрења типа мерила. На страни 6/35 конкурсне документације, наведено је да је Понуђач у обавези да уз понуду достави „Доказ о одобрењу коришћења уређаја (мерила) за мерење концентрације алкохола у даху алкометар, који је издала Дирекција за мере и драгоцене метале.“

Са тим у вези, имао два питања:

a. Молимо потврдите да се под овим доказом подразумева уверење о одобрењу типа мерила, укључујући и прилог уверењу (у коме су наведена метролошка и техничка својства уређаја), као и све допуне уверења о одобрењу типа мерила (уколико их је било) за понуђени уређај које је издала Дирекција за мере и драгоцене метале Републике Србије?

b. Молимо потврдите да се ова документа могу доставити као обичне (неоверене) фотокопије?

**ОДГОВОР 5:** Понуђач у обавези да уз понуду достави „Доказ о одобрењу коришћења уређаја (мерила) за мерење концентрације алкохола у даху алкометар, који је издала Дирекција за мере и драгоцене метале.“ Тако да се под овим доказом подразумева уверење о одобрењу типа мерила, укључујући и прилог уверењу (у коме су наведена метролошка и техничка својства уређаја), као и све допуне уверења о одобрењу типа мерила (уколико их је било) за понуђени уређај које је издала Дирекција за мере и драгоцене метале Републике Србије. (могу се доставити као обичне (неоверене) фотокопије).

**ПИТАЊЕ 6:** Питање везано за образац понуде (странице 23/35 и 24/35 конкурсне документације). Уколико понуђач понуду подноси самостално, на који начин треба да поступи са табелама „Подаци о подизвођачу“ и „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“:

- a) прилаже их непопуњене,
- b) прилаже их са прецртаним пољима или
- c) не прилаже (потпуно изоставља) ове две стране обрасца понуде?

**ОДГОВОР 6:** Прилаже их са прецртаним пољима и потписује.

**ПИТАЊЕ 7:** Наручилац је поставио услов „Мерни опсег“ – захтевана вредност „0,00 до 5,50 ‰ ВАС (0,00 до 2,60 mg/L) BrAC“.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да заинтересовано лице понуди апарат са мерним опсегом 0,00 до 6,0 ‰ ВАС (0,00 до 3,00 mg/L) BrAC, што једно представља и већи мерни опсег од предвиђеног техничим карактеристикама?

**ОДГОВОР 7:** Прихвата се „Мерни опсег“ и гласи захтевана вредност „0,00 до 6,0 ‰ ВАС (0,00 до 3,00 mg/L) BrAC“.

**ПИТАЊЕ 8:** Наручилац је поставио услов „Температура“ – захтевана вредност -5°C до +50°C. Доње вредности температуре у зимском периоду на територији Републике Србије падају испод -5°C. Коришћење апарату условима када температура падне и испод -5°C може довести до нетачних резултата мерења присутности алкохола у даху, и с тим у вези неопходно је извршити измену конкурсне документације, и повећати доњу границу температуре на -10°C како би се повећао проценат тачности резултата.

**ОДГОВОР 8:** Остajeмо при захтеву услов „Температура“ – захтевана вредност -5°C до +50°C

**ПИТАЊЕ 9:** Наручилац је поставио услов „Минималан проток“ – захтевана вредност „12 L/min“ Да ли је наручилац под овом техничком карактеристиком мислио на запремину довољену за узимање узорка 1,2 L, и уколико није, молимо за објашњење на шта се тачно односи поменута карактеристика?

**ОДГОВОР 9:** Треба да стоји 1,2 L/m а не 12 L/m

**ПИТАЊЕ 10:** Наручилац је поставио услов „Приказ резултата и спремност за мерење након измерених 0%“ – захтевана вредност „Не више од 6 секунди“

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се техничка карактеристика изменi и гласи „Приказ резултата након измерених 0 %“ с обзиром на чињеницу да на време спремности за мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна измерена концетрација алкохола у даху.

**ОДГОВОР 10:** Техничка карактеристика се мења и гласи „Приказ резултата након измерених 0 %“

**ПИТАЊЕ 11:** Наручилац је поставио услов „Приказ резултата и спремност за мерење након измерених 1 %“ – захтевана вредност „Не више од 12 секунди“

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се техничка карактеристика изменi и гласи „Приказ резултата након измерених 1 %“ с обзиром на чињеницу да на време спремности за мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна измерена концетрација алкохола у даху.

**ОДГОВОР 11:** Техничка карактеристика се мења и гласи „Приказ резултата након измерених 1 %“

У прилогу овог документа су ИЗМЕЊЕНИ обрасци (стр. 8/38; 6/35; 7/35; 25/35 и 26/35) на којима су понуђачи дужни да дају своје понуде

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**III**  
**ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА;**  
**МЕСТО ИСПОРУКЕ; ГАРАНТНИ РОК**

**Алкометри за потребе полицијских службеника саобраћајне полиције, ЈН број 229/19**

Уређај за мерење концентрације алкохола у даху - алкометар са транспортном кутијом, интегрисаним GPS модулом, оригиналном пуњивом батеријом (коју је предвидео произвођач уређаја), оригиналним пуњачем (220 v), пуњачем за пуњење уређаја у возилу и упутство за употребу на српском језику.

А) Оквирна количина набавке Алкометра је око 120 комада.

Б) Оквирна количина набавке Рачунарски софтвер који омогућава преузимање података из меморије алкометра и статистичку анализу и USB кабл за пребацање података са алкометра на рачунар 1. Комад.

Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао производњач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

Техничке карактеристике уређаја за мерење концентрације алкохола у даху - алкометар:

Назив услова	Захтевана вредност	Понуђена вредност
Режим мерења:	Активни и пасивни	
Мерни опсег:	0,00 do 6,0 ‰ BAC (0,00 до 3,0 mg/L) BrAC	
Границе дозвољених грешака:	± 0,020 mg/L или ± 5 %, за вредност масене концентрације до 1,000 mg/L; ± ( $\frac{\text{референтна вредност}}{100} * 15-0,1$ ) mg/L, за вредност масене концентрације преко 1,000 mg/L	
Температура:	-5 °C до +50 °C	
Амбијентални (атмосферски) притисак:	600 до 1100 hPa	
Релативна влажност ваздуха:	20 % до 80 % (без кондензације)	
Минималан проток:	1,2 L/min	
Број мерења са оригиналном пуњивом батеријом:	Најмање 2.000 мерења, зависности од типа батерија и амбијенталних услова	
Класа заштите:	Минимум IP 43	
Спремност за мерење након укључивања уређаја:	Не више од 6 секунди	
Приказ резултата и спремност за мерење након измерених 0%:		
Приказ резултата и спремност за мерење након измерених 1‰:		
Мерне јединице:	‰, mg/l	
Екран:	Са позадинским осветљењем	

Складиштење података:	Чува најмање 9.999 измерених вредности са датумом, временом, режимом мерења и статусом калибрације. Подаци у меморији уређаја заштићени од неовлашћеног мењања и брисања. Пражњење могу урадити само овлашћена лица која поседују одговарајућу приступну шифру	
Усници:	За једнократну употребу	
Калибрација и додела државног жига:	Сваких 6 месеци	
Кориснички мени алкометра:	На српском језик	

### **НАПОМЕНА:**

За сву тражену опрему понуђач је у обавези да упише понуђене карактеристике и достави валидне доказе којима потврђује да је понуђена опрема у складу са захтеваним карактеристикама

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** у року максимално до 90 дана од дана обостраног закључења уговора, са могућим испорукама у траншама.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Централни магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао производићач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог. Контролу испоручених добара врши стручна служба Наручиоца.

### **ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЉИВОСТ ПОНУДЕ**

#### **Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

1. Доказ о одобрењу коришћења уређаја (мерила) за мерење концентрације алкохола у даху алкометар, који је издала Дирекција за мере и драгоцене метале.
2. Понуђач је у обавези да уз понуду достави и Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је у обавези да уређаје испоручи са извршеном првом калибрацијом, додељеним државним жигом и издатим важећим Уверењем о оверавању мерила (појединачно за сваки уређај).
3. Понуђач је у обавези да уз понуду достави и Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је у обавези да обезбеди сервис - поправку и резервне делове за уређаје који су предмет набавке најмање 8 година по истеку гаранције, као и да након истека гарантног рока обезбеди редовно баждарење и калибрацију, као и законско оверавање мерила.
4. Понуђач је у обавези да уз понуду достави и Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је предметна роба израђена у складу са техничким карактеристикама односно од материјала који су назначени у конкурсној документацији.
5. Понуђач је у обавези да достави документ који доказује исправност и квалитет понуђеног добра, тј детаљну техничку спецификацију, оригинал или копију проспектне документације (уколико је потврда издата на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик од стране овлашћеног судског тумача), каталог са детаљним техничким карактеристикама понуђеног апаратса.

Изјаве (под редним бројем 2, 3 и 4) морају бити издатате на меморандуму понуђача, потписане од стране овлашћеног лица.

**У случају да понуђач уз понуду не достави доказе о испуњености посебних захтева таква понуда ће се одбити као неодговарајућа.**

Место и датум

Понуђач

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Понуђачи су обавезни да потпишу поглавље III (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у поглављу III конкурене документације, а које у потпуности разуме и прихвата. Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље III мора бити потписано од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље III копијати/ штампати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:**  
**е добара: Алкометри за потребе полицијских службеника саобра**

**Отворени поступак јавне набавке добара: Алокометри за потребе полицијских службеника саопштено на полиције, ЈП оро 227/1**

Обавезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.  
Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образаз структуре пеце. Уколико дође до исправ

Лончак је у обавези да наведеј једног производа и модела чије ће производе испоручивати.

У табели су наведене оквирне количине. Наручилац задржава право да по промени наведене оквирне количине трајнији добор са датим доказом.

ности уговора, при чemu такva промена количина важи од наредног дана од дата обавештења понуде. У случају да су потребна сродна добра која нису наведена у табеларном прегледу и према понуди из Уговора, добављач је у обавези да достави понуду свог важећег ценовника за достављених истих, на основу писмене сагласности наручиоца на понуду добављача по погледу врсте, количине,

и тата и дете.

\*За сву достављену документацију понуђач је у обавези да достави оригинал, а за ону на страном језику и оверене преводе овлашћеног тумачког тумача.

**НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДСТУПИ ОД ОКВИРНИХ КОЛИЧИНА НАВЕДЕНИХ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ.**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНAMA**

A) \_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

(словима: \_\_\_\_\_).

B) \_\_\_\_\_ динара са износом ПДВ-а

(словима: \_\_\_\_\_).

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** Уговор се закључује у висини одобрених финансијских средстава за наведену набавку – до финансијске реализације.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА:** Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.

**ФИКСНОСТ ЦЕНА:** Јединичне цене су фиксне до окончања уговора.

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

**РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:** у року од \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора, са могућим испорукама у траншама, (Рок испоруке не може бити дужи од **90 дана** од дана закључења уговора. Уколико Понуђач понуди рок испоруке дужи од 90 дана, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање);

**МЕСТО ИСПОРУКЕ:** Магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд.

**ГАРАНЦИЈА:** Гаранција на испоручену робу не може бити краћа од гаранције коју је дао производићач. Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који омогућава функционисање истог.

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** Минимум **90 дана** од дана отварања понуде.

\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од дана отварања понуде);

\_\_\_\_\_ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу);

\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

**Напомена:** Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Место и датум

Понуђач

, — . — . 2019. године

(потпис овлашћеног лица)