

Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално - финансијске послове  
07 број 404-ЈН-134/17  
21.08.2017.године  
Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења у отвореном поступку јавне набавке ЈОНСКИ СПЕКТРОМЕТАР за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН бр. 134/17**

Овим путем достављамо Вам одговор на питање-појашњењеконкурсне документације у предметном поступку (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

**ПИТАЊЕ 1:** Молим Вас да дефинишете сет потрошног материјала за годину дана коришћења. Обзиром да је то релативан појам, предлажем да одговорите тачним бројем анализа за које тражите потрошни материјал – нпр 1000 анализа.

**ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 1 :** Сет потрошног материјала треба да садржи потрошни материјал за минимум 10.000 анализа на годишњем нивоу укључујући и остале ставке за неометано коришћење и одржавање уређаја.

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли Вам је прихватљив нерадиоактиван јонизијући извор зрачења?

**ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 2:** Није прихватљив нерадиоактиван јонизијући извор зрачења.

Комисија у поступку јавне набавке